



תעודת בדיקה: 1279543

פרטי הלקוח	איש קשר
שם: אקו סאפ בריאות בע"מ	שם:
כתובת: הרכב 4 תל אביב	טלפון:
עיר:	סולר:
מיקוד:	פקס:

הזמנת עבודה: D131125-0101	מועד הגעת הדגימות	18/11/2025 09:00:00
מס' טופס הנטילה	טופס נטילה של לקוח	
דוגם:	ע" לקוח	

תיאור הדגימה: Base-it 25E2360 Exp. Date 01/06/2028 Base-it 25E2360 מספר הדגימה: 1990881						
תנאי שמירת הדגימה וההובלה: מועד דיגום: 26/10/2025 22:00:00						
בדיקה	תוצאה	תחום מותר	יחידת מידה	*LOQ	שיטה	הערות
אשריכיה קולי	<10	X< 10	cfu/g		SI 885 part 12	(2)
עובש	<10	X< 100	cfu/g		SI 885 part 8	(1)(2)
פסאודומונס אארוגינזה	<50		cfu/g	50	In house procedure	(2)
סטפילוקוקים אאוראוס (+) במזון	<50		cfu/g		SI 885 part 6	(2)
קלוסטרידיה מחזרי סולפיט	<10		cfu/g		SI 885 part 9	(2)
סלמונלה ISO	Not detected in 25 gram		-		ISO 6579	
שמרים	<10	X< 100	cfu/g		SI 885 part 8	(2)

- התוצאות מתייחסות לפרטי הנבדק בלבד.
- האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
- הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ההכרה מהווה אישור לפרטי, מערכת או תהליך שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות כאישור נהלי המעבדה ועובדיה.
- יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי תקן ISO/IEC 17025 ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- LOQ = MRL : משמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
- התוצאות המדווחות אינן כוללות את ערכי אי הוודאות.
- מסמך זה הועבר לשימוש הבלעדי של הלקוח הנמען. לא ניתן להשתמש במסמך, שם החברה, או שם של אחד מעובדיה לצורכי פרסום, מכירות, ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.